物料编码：6480

通用（德语）新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法）（前鼻腔）1T/Kit

尺寸：170x90x18mm

Hotgen

Stock Code 688068.SH

Corona - Laientest, Selbstest für Zuhause

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigentest (Kolloidales Gold)

Bestandteile

SARS-CoV-2-Antigen-Testkassette 1 Test

Probenextraktionspuffer 0,3 mL×1 Stk

Einweg-Virusprobenabstrich 1 Test

Müllbeutel für kontaminierten Abfall 1 Stk

IVD

Ein immunchromatographischer Assay für den schnellen qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Virus-Antigen mittels anterior-nasalen Abstrichproben befristet zugelassen zur Eigenanwendung nach nach §11 Abs. 1 Medizinproduktegesetz Deutschland bis 02.06 2021(BfArM GZ: 5640-S-057/21) ohne abgeschlossenes Konformitätsbewertungsverfahren

Model: Modell E

Operation video

(01) 0 6970297 53407 3

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.

EC REP MedNet GmbH
Borkstrasse 10,48163 Muenster,Germany

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.
9th Building, No. 9 Tianfu Street, Biomedical Base,
Daxing District, Beijing,102600,P.R.China.

LOT

Testverfahren

Probensammlung:

1

- Legen die gesamte weiche Spitze des Tupfes vorsichtig in einem Nasenloch für 1.5 cm ein, bis Sie etwas Widerstand fühlen.
- Mit mittlerem Druck reiben Sie den Tupfer langsam in einer kreisförmigen-Bewegung um die Innenwand Ihrer Nase 4 mal für eine Gesamtzeit von 15 Sekunden.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang mit dem gleichen Abstrich in dem anderen Nasenloch.

2

Der Abstrich wird nach der Probenahme unterhalb des Flüssigkeitsspiegels des Probenextraktionspuffers eingeweicht, gedreht und 3 Mal gedrückt, die Einweichzeit des Abstrichs beträgt nicht weniger als 15 s, der Abstrichkopf wird gedrückt, dann nehmen den Tupfer heraus und streffen das Entnahmerohr. Die Flüssigkeit im Röhrchen ist die Probe nach der Behandlung.

3

4 Tropfen der behandelten Probe in das Probenloch der Testkassette geben. 15 Minuten bei 10 ~ 30°C inkubieren.

4

15 min.

Ergebnisse nach der Inkubation bei 10 bis 30°C für 15 Minuten beobachten. Das nach 30 Minuten enthaltene Ergebnis ist ungültig.

5

Interpretation des Ergebnisses

C T

Positiv

C T

Negativ

C T

Ungültig

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.

前鼻腔德语
6480